Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Fotóforo - Foco de Luz de Cabeça

Item

3069

Sinônimos

Lupa binocular, Lupa Esteroscópica, Lupa Binocular Esteroscópica

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Equipamento utilizado para iluminação clínica e cirúrgica em áreas pouco iluminadas.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 6.659,00

INTENSIDADE DE LUZ|TIPO|ALIMENTAÇÃO|AUTONOMIA DE BATERIA|VIDA UTIL|AJUSTE DO CAPACETE: REGULAVEL|LED SEM FIO|BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL|50.000 HORAS|CIRCUNFERÊNCIA E ALTURA DA CABEÇA

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

*Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

OPÇÃO 1: FOCO/TIPO/BATERIA: REGULÁVEL/LED MÍNIMO DE 3 WATTS OU 30000 LUX/DE LÍTIO RECARREGÁVEL;
OPÇÃO 2: FOCO/TIPO/BATERIA: REGULÁVEL/LED MÍNIMO DE 5 WATTS OU 50000 LUX/DE LÍTIO RECARREGÁVEL.

Para o processo licitatório, o proponente/convenente deverá descrever toda a

especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.	http://www.macrosul.com	(41)21028344

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**